

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
V/v đính chính thông tin cuộn
thu tại Công văn số 2723/SYT-
KHTC ngày 9/10/2023

Đắk Nông, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế.

Ngày 9/10/2023, Sở Y tế ban hành Công văn số 2723/SYT-KHTC về việc mời báo giá trang thiết bị y tế là Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla đáp ứng nhu cầu sử dụng của BVĐK tỉnh Đắk Nông.

Tại Công văn nêu trên, Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **“Mua sắm Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla cho Bệnh viện đa khoa tỉnh”**, kèm theo là các Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.

Do có sai sót trong soạn thảo văn bản, Sở Y tế xin chính tại thông tin cuộn thu kèm theo Công văn số 2723/SYT-KHTC ngày 9/10/2023 cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác tại Công văn số 2723/SYT-KHTC ngày 9/10/2023 của Sở Y tế vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục CSHT và trang thiết bị,
Bộ Y tế (hỗ trợ đăng tải thông tin);
- Trung tâm Đấu thầu qua mạng
quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư (hỗ trợ đăng tải thông tin);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk
Nông (hỗ trợ đăng tải thông tin);
- CDC (đăng tải thông tin lên
Cổng thông tin điện tử ngành y tế);
- BVĐK tỉnh (t/hiện);
- Lưu: VT, KHTC (Tuần).

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ái Liễu

PHỤ LỤC 01
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN KỸ THUẬT

(Kèm theo Công văn số: _____, ngày /10/2023 của Sở Y tế)

STT	ĐẶC ĐIỂM THÔNG SỐ KỸ THUẬT (CŨ) TẠI CÔNG VĂN SỐ 2723/SYT-KHTC	ĐẶC ĐIỂM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÍNH CHÍNH
1	Cuộn cho chụp đầu/cổ tối đa = 22 kênh hoặc phần tử (chấp nhận được ± 2 kênh)	Cuộn cho chụp đầu/cổ tối đa = 22 kênh hoặc phần tử (chấp nhận được ± 2 kênh)
2	Cuộn cho chụp đầu/cổ: tối đa ≥ 32 kênh hoặc phần tử trong một lần chụp	Cuộn cho chụp cột sống: tối đa ≥ 32 kênh hoặc phần tử trong một lần chụp
3	Cuộn cho chụp đầu/cổ: tối đa ≥ 32 kênh hoặc phần tử trong một lần chụp	Cuộn cho chụp vùng thân: tối đa ≥ 32 kênh hoặc phần tử trong một lần chụp