

SỞ Y TẾ ĐẮK NÔNG  
ĐOÀN THẨM ĐỊNH THEO  
QĐ SỐ 268/QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Nông, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH**  
**Danh mục kỹ thuật bổ sung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đợt I,**  
**năm 2024**

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 30/5/2024, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành thẩm định để phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH**

- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Địa chỉ: TDP 4, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
- Điện thoại: 0914.484.569; Email: pkdk.cdc.daknong@gmail.com.
- Fax: .....

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA**

- Thành phần đoàn thẩm định: Theo Quyết định số 268/QĐ-SYT ngày 15/5/2024 của Sở Y tế Đăk Nông;
- Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thẩm định: Ths.Bs. Lêban Thanh Sơn, phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

**III. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 09/01/2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại Tờ trình số 54/TTr-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 11/4/2024 về việc đề nghị Sở Y tế phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh năm 2024.

**IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH**

- Thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo đơn đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

- Thẩm định từng kỹ thuật chuyên môn trong danh mục đơn vị đề nghị đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện theo quy định.

- Danh mục kỹ thuật đề xuất phê duyệt bổ sung: 77 DMKT (Vượt tuyến), (CK Mắt: 02, CDHA: 41, Tai Mũi họng: 03, Xét nghiệm: 31).

## V. Ý KIẾN ĐOÀN THẨM ĐỊNH

- Danh mục kỹ thuật tại đơn vị đảm bảo các yếu tố quy định tại Thông tư 43/2013/TT - BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế. Đơn vị đăng ký 77 kỹ thuật (vượt tuyến);

- Về hồ sơ: Đơn vị đã thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế.

- Thẩm định thực tế: Nguồn lực để thực hiện danh mục kỹ thuật theo đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đạt điều kiện theo quy định.

1. Bs Phạm Thị Thủ Thủy, phụ trách thẩm định DMKT CK Mắt:

- Tổng số DMKT đề nghị: 02

- Tổng số DMKT phê duyệt: 01

- Lý do không phê duyệt (01 DMKT): Đối với danh mục kỹ thuật số 240 theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế: Tại thời điểm thẩm định Chưa có máy siêu âm mắt và bác sĩ thực hiện dịch vụ kỹ thuật chưa có chứng chỉ.

- Đề xuất: Xin điều chuyển trang thiết bị y tế máy sinh hiển vi phẫu thuật và máy đo da van, lý do hiện tại cơ sở không sử dụng các thiết bị này.

2. Bs Đặng Ngọc Toán, phụ trách thẩm định DMKT CDHA:

- Tổng số DMKT đề nghị: 41

- Tổng số DMKT phê duyệt: 41

- Lý do: Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định.

3. Bs Chử Thị Thúy, phụ trách thẩm định DMKT Tai Mũi họng:

- Tổng số DMKT đề nghị: 03

- Tổng số DMKT phê duyệt: 02 (khi cơ sở đáp ứng phòng cách âm và chứng chỉ đạo tạo).

- Lý do không phê duyệt (01 DMKT): Đối với danh mục kỹ thuật số 64 theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế: Tại thời điểm thẩm định chưa có máy đo nhĩ lượng.

4. Cn Nguyễn Thị Chế Mân, phụ trách thẩm định DMKT CK Xét nghiệm

- Tổng số DMKT đề nghị: 31

- Tổng số DMKT phê duyệt: 31

- Lý do: Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định.

- Tổng số danh mục phê duyệt: 75 (Vượt tuyến) (Đăng ký 77; CK Mắt: 02, CDHA: 41, Tai Mũi họng: 03, Xét nghiệm: 31).

## VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Kết luận

Qua thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự thực hiện kỹ thuật chuyên môn đối với 04 chuyên khoa trên, Đoàn thẩm định ghi nhận tại thời điểm thẩm định:

- Tổng số DMKT đề nghị: 77 (vượt tuyến);
- Tổng số DMKT phê duyệt: 75 (vượt tuyến).

(Có danh mục kèm theo)

Dối với các kỹ thuật mà đơn vị đề xuất chưa đảm về điều kiện trang thiết bị, năng lực thực hiện kỹ thuật đề nghị đơn vị hoàn thiện, bổ sung hồ sơ năng lực về Sở Y tế để căn cứ ban hành quyết định phê duyệt theo quy định.

Khuyến khích cơ sở phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật, thực hiện các kỹ thuật của tuyến trên.

2. Kiến nghị (nếu có): Không.

3. Ý kiến không đồng ý với kết luận và kiến nghị của đoàn thẩm định (nếu có): Không.

Kết thúc vào lúc 113h30' cùng ngày, Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị như nhau Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lưu 01 bản, Sở Y tế lưu 01 bản để làm thủ tục ra Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung của cơ sở. Các bên đã đọc và đồng ý ký vào biên bản./.

### THƯ KÝ

L  
Hồ Thị Anh Ly

### THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH

Nguyễn Thị Chế Mân

Chael

Phạm Thị Thủ Thủy

Dặng Ngọc Toán

Huu

Chử Thị Thúy

### TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH

A  
H

### TRUNG TÂM KSBT TỈNH



ĐƠN VỊ  
BAN THANH SƠN